

# ICN (Infection Control Nurse) 環境ラウンド結果

実施日：2024年8月30日

評価項目	確認項目	日本財団母乳バンク
手指衛生 関連	手洗い場のシンクが清潔である	○
	手洗い場に手洗いの手順が掲示されている	○
	手洗い場のシンクが清潔であるペーパータオルが濡れないよう管理されている	○
	作業前に手指衛生を実施している	○
	作業後に手指衛生を実施している	○
	作業途中に手袋を交換する毎に手指衛生を実施している	○
環境	作業場は清潔・不潔のゾーニングがされている	○
	流し台に汚れがない	○
	流し台のシンク内に汚れ物がたまっていない	○
	流し台周囲は水はねがない	○
	スポンジは乾燥されていて、定期的に変換している	○
	床に物品を直置きしていない（清掃しやすい状態）	○
	棚上に埃など汚れがない	○
	个人防护具はアクセスしやすい場所に設置している	○
	床や壁はカビなどの汚れがない	○
	作業台は作業前にクロスで拭いている	○
	作業台は作業後にクロスで拭いている	○
	水がはねるエリアに物品が置かれていない	○
	医療材料 の管理	滅菌物の期限切れがない
滅菌物（清潔な物）とハサミ・ペン（共有物品）が混在していない		○
滅菌物は扉がある棚内や引き出し内に汚染されないよう管理されている		○
滅菌物を詰め込みすぎで管理していない（包装の破損、床への落下防止）		○

・前回、コメントがありましたスポンジの交換頻度（エビデンスはありませんが）が、1ヶ月から1週間に1回に変更されていました。また、清潔な状態で管理されていました。

・引き出し内で管理されている滅菌物ですが、やや保管量が多い印象です。引き出しを開けるときに滅菌物が引っかかるとパッケージの破損につながります。毎日、使用量がかかなり多いためある程度の在庫は必要かと思いますが、引き出し内で管理されるときは気をつけていただければと思います。

・物品を洗浄する流し台のシンクは大きいため、周囲に水はねすることはあまりないかと思いますが、滅菌乾燥機に水はねがないよう管理いただければと思います。